

(٢)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، دانش و تحقیک
دستگاه آموزشی

وزیر

ضوابط نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مشمول سطح‌بندی

مقدمه:

نظر به ایجاد رویه یکسان و شفافیت در انجام فرآیندهای نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مشمول سطح‌بندی و با توجه به ارتقاء سطح عملکرد و کیفیت اینگونه تجهیزات در سالهای اخیر و به منظور همراستایی با سیاستهای جاری وزارت متبوع این ضابطه در چارچوب اختیارات مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱- تعاریف:

- الف- تجهیزات مشمول سطح‌بندی: شامل موارد مذکور در جدول پیوست ۱ می‌باشد.
ب- عمر تجهیزات سرمایه‌ای: عمر تجهیزات سرمایه‌ای به روش زیر محاسبه می‌گردد:

$$\frac{\text{سال نصب} + \text{سال ساخت}}{2} - \text{سال جاری} = \text{عمر دستگاه}$$

ج- مراکز تشخیصی و درمانی: کلیه موسسات پزشکی موضوع ماده "۱" قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی شامل بیمارستانها (خصوصی، دولتی، خیریه، نهادهای عمومی مردم نهاد) و مراکز آموزشی پژوهشی

د- گروه‌بندی مراکز تشخیصی و درمانی از نظر حجم فعالیت:

- گروه ۱- زیاد: مراکزی که ۲۴ ساعت ۵ روز در هفته یا ۷۵۰ شیفت ۸ ساعته در سال فعال هستند.
گروه ۲- متوسط: مراکزی که ۱۶ ساعت ۵ روز در هفته یا ۵۰۰ شیفت ۸ ساعته در سال یا کمتر فعال هستند.

ه- بانک اطلاعات شناسنامه تجهیزات سرمایه‌ای: بانک اطلاعاتی است که شناسنامه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای موضوع این ضابطه که در مراکز تشخیصی و درمانی نصب شده اند در آن ثبت و برای هر دستگاه شماره شناسه صادر می‌گردد.

(۲)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، دهان و آموزش پزشکی

وزیر

و- بانک اطلاعات شناسنامه مراکز تشخیصی و درمانی: بانک اطلاعاتی است که شناسنامه مراکز تشخیصی و درمانی (دارای موافقت اصولی و پروانه بهره برداری از دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان و در موارد امور تفویض اختیار شده، از دانشگاه‌های علوم پزشکی) در آن ثبت می‌گردد.

ماده ۲- سازمان غذا و دارو (اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزمات پزشکی) موظف به ارائه بانک اطلاعات شناسنامه مراکز تشخیصی و درمانی جهت تکمیل بانک اطلاعات شناسنامه تجهیزات سرمایه‌ای می‌باشد.

تبصره- معاونت درمان موظف به ارائه بانک کلیه مراکز تشخیصی و درمانی که تجهیزات موضوع این ضابطه در آن مراکز نصب شده باشد، به سازمان غذا و دارو (اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزمات پزشکی) می‌باشند.

ماده ۳- کلیه مراکز تشخیصی و درمانی دارای موافقت اصولی معتبر از معاونت درمان مطابق ضوابط جاری، می‌بایست مجوز نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع این ضابطه را از کمیته فنی تجهیزات و ملزمات پزشکی اخذ نمایند.

تبصره- بهره برداری از تجهیزات نصب شده در مراکز درمانی و تشخیصی موضوع این ضابطه منوط به اخذ پروانه بهره برداری مرکز از معاونت درمان مطابق ضوابط جاری می‌باشد.

ماده ۴- اسقاط تجهیزات موضوع این ضابطه که در مراکز تشخیصی و درمانی نصب شده اند در صورتی مجاز می‌باشد که عمر آنها برابر و یا بیش از طول عمر مورد انتظار مشخص شده وفق جدول پیوست شماره "۲" باشد.

تبصره ۱- جابجایی دستگاه در صورتیکه عمر آن بیش از ۵۰ درصد عمر مفید تا عمر مورد انتظار دستگاه باشد صرفا با تایید فنی و عملکرد دستگاه توسط شرکت نمایندگی و یا شرکت ثالث مورد تایید سازمان غذا و دارو (اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزمات پزشکی) امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲- موارد خاص برای تصمیم گیری در کمیته فنی تجهیزات و ملزمات پزشکی طرح می‌گردد.

ماده ۵- مراکز تشخیصی و درمانی دریافت‌کننده تجهیزات تجهیزات موضوع این ضابطه می‌بایست حائز شرایط و دارای مجوزهای لازم جهت نصب آنها باشند.

ماده ۶- بهره برداری و استفاده از دستگاهی که مجوز اسقاط آن صادر شده باشد در سایر مراکز تشخیصی و درمانی مطلقاً ممنوع می‌باشد.

۱۸

(۲)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، دادگستری امور پزشکی

وزیر

تبصره- استفاده از دستگاه اسقاط شده برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی و برای تربیت کارشناس فنی در مراکز علمی غیردرمانی با اخذ موافقت از سازمان غذا و دارو (اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزمومات پزشکی) بلامانع است.

ماده ۷- فرآیند اسقاط و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای با رعایت اصول عملکرد و اینمی وفق دستورالعملی خواهد بود که ظرف حداقل سه ماه از تصویب و ابلاغ این ضابطه توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ می‌شود.

ماده ۸- صدور مجوز ورود و ترخیص دستگاه پس از ثبت مجوز جابجایی در بانک اطلاعات شناسنامه تجهیزات سرمایه‌ای توسط اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزمومات پزشکی سازمان غذا و دارو صادر می‌گردد.

ماده ۹- شناسنامه دستگاه جدید و همچنین دستگاه جابجا شده پس از ارسال تاییدیه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه توسط سازمان غذا و دارو (اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزمومات پزشکی) صادر می‌گردد.

ماده ۱۰- سقف طول عمر تجهیزات پزشکی موضوع این ضابطه و فرآیند بازسازی آنها حداقل ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ، توسط سازمان غذا و دارو اعلام خواهد شد.

این ضابطه در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ تصویب و ابلاغ می‌گردد و ضمن رعایت مفاد آیین نامه تجهیزات و ملزمومات پزشکی ابلاغی ۱۳۹۴ اجرای این ضابطه توسط کلیه افراد حقوقی و حقیقی، صاحبان حرف پزشکی و موسسات پزشکی الزامی است.

س

(٩)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیر

تجهیزات پزشکی مشمول سطح بندی (جدول پیوست ۱)

ردیف	نام دستگاه مشمول سطح بندی
۱	انواع سی تی اسکن، سی تی سیمولاپلور
۲	انواع ام آر آی (شامل ام آر آی اندامی)
۳	PET,PET-CT, PET-CT- SPECT , PET-MRI,
۴	سیکلوترون
۵	شتاپدهنده خطی، برآکی تراپی، IORT، گاماناپ، سایبرنایف
۶	SPECT, Gamma Camera, CT-SPECT
۷	سنگشکن برون اندامی
۸	سنجهش تراکم استخوان
۹	CBCT
۱۰	لیزر اگزایمر
۱۱	فمتوسکنند و فمتوکاتاراکت
۱۲	سیستمهای آنژیوگرافی

(*)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیر

راهنمای طول عمر مورد انتظار تجهیزات تصویربرداری (جدول پیوست ۲)

میزان کاربری بر اساس تعداد تصویربرداری در سال		طول عمر	
متوسط	زیاد	مورد انتظار	دستگاه (آنالوگ یا دیجیتال)
۱۶ ساعت ۵ روز در هفته یا ۵۰۰ شیفت ۸ ساعته در سال و یا کمتر	۲۴ ساعت ۵ روز در هفته یا ۷۵۰ شیفت ۸ ساعته در سال	زیاد-متوسط	
۴۰۰۰-۲۰۰۰	۴۰۰۰<	۱۰-۸	سیستمهای آنژیوگرافی
۱۵۰۰۰-۷۵۰۰	۱۵۰۰۰<	۱۰-۸	CT-سی‌سیمولاتور
۸۰۰۰-۴۰۰۰	۸۰۰۰<	۱۰-۸	MRI
۶۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰۰۰<	۱۰-۸	SPECT/Gamma Camera
۴۰۰۰-۲۰۰۰	۴۰۰۰<	۱۰-۸	SPECT/CT
		۱۰-۸	شتاب دهنده خطی، براکی تراپی، گاماناپی، سایبر نایف، IORT
۶۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰۰۰<	۱۰-۸	سیکلولترون
۶۰۰۰-۳۰۰۰	۶۰۰۰<	۱۰-۸	PET
۴۰۰۰-۲۰۰۰	۴۰۰۰<	۱۰-۸	PET/CT-PET/CT/SPECT
۳۰۰۰-۱۵۰۰	۳۰۰۰<	۱۰-۸	PET/MRI
۱۰۰۰۰-۵۰۰۰	۱۰۰۰۰<	۱۰-۸	سنگش تراکم استخوان (BMD)
		۱۰-۸	CBCT
۳۰۰۰-۲۰۰۰	۳۰۰۰<	۱۰-۸	سنگشکن برون اندامی
		۸-۶	لیزر اگزایمر
		۸-۶	فمتوسکنند-فمتوكاتاراكت